

We **KNOW HOW**

A **CIMAI** existe para o ajudar a criar **VALOR**

## FICHA TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION SHEET

CODIGO DE PRODUTO  
02389

FAMILIA  
tratamento de águas

Medição rápida do cloro livre sem necessidade de recorrer a um fotómetro, bastando para tal um **POOLTESTER**.

As informações contidas neste documento são baseadas na nossa experiência, não substituem, no entanto, ensaios preliminares que deverão sempre ser feitos, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. A CIMAI apenas se responsabiliza pela manutenção das características dos produtos de acordo com a nossa especificação.

revisão 27-11-2015

# PASTILHAS REAGENTES DPD Nº1 POOLTESTER

*Determinação colorimétrica do cloro livre*

### PROPRIEDADES:

Pastilha branca.

### USO RECOMENDADO:

Medição do cloro livre em piscinas.

### MODO DE UTILIZAÇÃO:

Retira-se a tampa do aparelho de testes (POOLTESTER) para água das piscinas lavando-se as câmaras com a mesma água a testar. As câmaras são cheias completamente com a água a testar. Junta-se-lhe em seguida uma pastilha DPD 1, a qual é retirada da carteira em que se encontra sem, no entanto, se lhe tocar com os dedos, devendo esta ser deitada imediatamente na câmara respetiva. Fecha-se em seguida a tampa do POOLTESTER pressionando ligeiramente e atendendo a que os símbolos representando duas setas se devem encontrar voltados para o observador. As pastilhas dissolvem-se rapidamente na água a testar mistura-se agitando, para isso, ligeiramente o POOLTESTER. Para se proceder á leitura dos valores de medição e análise deve segurar-se o POOLTESTER numa posição de contraluz (diurna). O respetivo valor

de medição e análise é lido ao verificar-se a coincidência completa ou melhor possível entre a solução colorimétrica e os valores padrão.

Valores que excedam 10 mg/l de cloro livre podem branquear o indicador DPD colorimétrico.

### PRECAUÇÕES:

Não tomar oralmente  
As pastilhas reagentes são utilizadas exclusivamente para fins de análise química, não devendo ser aplicadas com outras finalidades.  
As pastilhas reagentes devem ser mantidas afastadas das crianças.

### ARMAZENAGEM:

Manter em local fresco e seco.

### CLASSIFICAÇÃO:

Este produto não está classificado como perigoso.

### EMBALAGEM:

Caixa de 250 unidades

**CIMAI**  
ENGENHARIA E QUÍMICA AVANÇADA, S.A.

Travessa de São João, Lt 110, Serra Casal de Cambra  
2605-196 Belas  
Tel.: 219 818 440; Fax: 219 818 450; info@grupo-cimai.com  
[www.grupo-cimai.com](http://www.grupo-cimai.com)